¿Cuándo utilizar Remover?

- En el fracaso de un tratamiento endodóntico debido a:
- Nueva caries o filtración de la restauración coronaria comprometiendo el éxito de la endodoncia.
- Fracaso del tratamiento de conductos generada por la mala limpieza por descuido o bien por la dificultad del caso.
- Mal sellado del conducto.
- Diente contaminado por saliva durante el procedimiento.



- Una lima para retirar el material de obturación radicular[1]
- Respeta la anatomía del conducto radicular*
- Eficiente sin disolventes*
- Segura gracias a su punta inactiva

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MICROMEGA REMOVER

Código	Descripción	Presentación
MME020	B5 MICROMEGA REMOVER L19 N30 7% CLASSICS	BLISTER C/5
MME021	B5 MICROMEGA REMOVER L23 N30 7% CLASSICS	BLISTER C/5

MICROMEGA ONE FLARE / ONE G

Código	Descripción	Presentación
MME001	B5 ONE FLARE N25 9% L17 CLASSICS STERILE	BLISTER C/5
MME010	B5 ONE G N14 3% L21 CLASSICS STERILE	BLISTER C/5
MME011	B5 ONE G N14 3% L25 CLASSICS STERILE	BLISTER C/5
MME012	BB5 ONE G N14 3% L29 CLASSICS STERILE	BLISTER C/5

120 MM Micro-Mega YEARS

CATÁLOGO

MICRO MEGA

COLTENE ENDO

coa Soluciones® Odontológicas Integrales

One Flare®

¿Cómo preparar eficientemente la entrada al canal radicular?

One Flare es una lima NiTi con tratamiento térmico **T • Wire** que se utiliza al comienzo del tratamiento para eliminar las obstrucciones axiales coronales. Este paso es esencial para evitar tensiones en los instrumentos de conformado y así reducir el riesgo de fractura del instrumento.

One Flare: N°25 – .09 - L 17 mm
Velocidad: 250 - 400 rpm
Torque: 2.5 - 3 N.cm

Progresión segura

- One Flare permite un centrado mas fácil y eficiente de la lima manual para el glide path
- La desobstrucción facilita la penetración mas allá de su primera insersión
- Al facilitar el acceso a la zona media y luego al tercio apical, el riesgo de fractura de los instrumentos se reduce.

Eliminación de las obstrucciones en la entrada del conducto

- La apertura del conducto radicular a través de una acción selectiva:
  - Expone las entradas del canal.
  - Reduce el riesgo de que los instrumentos de conformación se enganchen en las paredes del canal.

One G

¿Porqué usar Limas Niti rotatorias para el Glide Path?

El Glide Path es un paso importante e indispensable en la preparación del conducto radicular.
La exploración inicial se realiza con una lima manual MMC no. 10.
En caso de canales de difícil acceso, se deben utilizar limas rotatorias mecanizados NiTi. Para este propósito, MICRO-MEGA® ha diseñado One G, una lima NiTi rotatoria estéril para realizar el Glide Path indicado los casos en que las limas manuales no son suficientes.

One G: N°14 – .03 – L 21, 25 or 29 mm
Velocidad: 250 - 400 rpm
Torque: 1.2 N.cm

- Resistencia a la fatiga cíclica y a la torsión[1].
- Ideales para canales de difícil acceso o con curvas muy pronunciadas.
- Seguras: ayuda a limitar el riesgo de cometer errores durante la endodoncia

Protocolo de uso





RETRATAMIENTO

MicroMega REMOVER

NUEVO